




传感器 > 压力传感器 > 板安装压力传感器 > 符合 AAMI 标准的医用压力传感器



压力传感器类型: 一次性医用压力传感器

压力类型: 量规

压力: -50 – 300 mmHG

耐压范围: 125 psi

输出信号类型: 灵敏度 = 5 uV/V/mmHg

[所有 符合 AAMI 标准的医用压力传感器 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

支脚种类	SMD 垫
传感器封装	混合装配
压力传感器类型	一次性医用压力传感器
压力类型	量规

电气特征

电源电压范围	6 V
--------	-----

尺寸

产品宽度	10.5 mm[.413 in]
产品长度	8.1 mm[.318 in]
产品高度	3.53 mm[.138 in]

使用环境

工组温度范围	5 – 40 °C[41 – 104 °F]
--------	------------------------

操作/应用

压力	-50 – 300 mmHG
耐压范围	125 psi



输出信号类型	灵敏度 = 5 uV/V/mmHg
压力精度	±1.0% FSO

其他

传感器选件	宽孔, 无选项
-------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (2.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MEAS 1620





客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_20005913-06_R1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20005913-06_R1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20005913-06_R1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Data sheet

英文版本