



传感器 > DAQ 系统和扫描阀 > ESP 64HD 压力扫描阀



扫描仪和系统传感器类型: 压力扫描仪

介质兼容性: Dry Gas

[所有 ESP 64HD 压力扫描阀 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

扫描仪和系统传感器类型	压力扫描仪
-------------	-------

电气特征

介质兼容性	Dry Gas
-------	---------

信号特征

通道数	64
-----	----

使用环境

Accuracy	±.03 % of FS
----------	--------------

行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-SCS0067
ESP 64HD 压力扫描阀

该系列中的其他产品 | MEAS ESP



DAQ 系统和扫描阀(44)

客户还购买了

TE 产品编号32HC-0220000000
HEATER CHAMBER 32HD DTC, GEN 2

TE 产品编号32HD-0703021120
32HD-0703021120: CTO-12000000-00

TE 产品编号10219206-00
QDCC-0102020101: CTO-12000000-07

TE 产品编号9032-9900010300
9032-9900010300: CTO-12000000-03



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_64HD-0201001120_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_64HD-0201001120_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_64HD-0201001120_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[MINIATURE ELECTRONIC PRESSURE SCANNERS ESP-16HD/32HD/64HD](#)

英文版本